

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych (ST/DZP/13/2015).

Pytanie - Dotyczy poz. 11.

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne o długości 45 cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nici o długości 45 cm z odpowiednim ich przeliczeniem wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem zsumowanej ich długości podanej przez zamawiającego.

Pytanie - Dotyczy poz. 11.

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne pakowane a'12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nici chirurgiczne pakowane a'12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem do pełnych opakowań.

Pytanie - Dotyczy poz. 26.

Czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul pakowany a'100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez zamawiającego.

Pytanie - Dotyczy poz. 30.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca włókninowego pakowanego a'100 sztuk z podaniem ceny za 1 szt. w formularzu cenowym?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

Pytanie - Pytanie 1, pozycja 26, 27

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu, zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć atrakcyjną ofertę cenową.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

mgr Jolanta Tomaszewska
z-ca D Y R E K T O R A
ds. organizacji, promocji
i kontraktowania świadczeń