

Górno, dn. 21.06.2016 r.

ST/DZP/4/2016

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5,
woj. podkarpackie

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
W PRZTEARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO –
ŁÓŻKA, MATERACE, KABINA UGUL (ST/DZP/4/2016)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 28 maja 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przedstawiam wyjaśnienia wraz z pytaniami dotyczące treści SIWZ – Części nr 3, 4, 5 tj.:

I. Część 3 - Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy o podwyższonym standardzie - szt. 14

1) Pyt. 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści materac do leczenia odleżyn do III stopnia? Oferowany produkt jest przeznaczony do tego typu schorzeń według standardów organizacji European Pressure Ulcer Advisory Panel zajmującej się standardami leczenia i profilaktyki odleżyn.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2) Pyt. 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści 18 niezespolonych komór? Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą wymianę komory w razie uszkodzenia, a wbudowany materac piankowy zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjentowi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3) Pyt. 3 poz. 9

Czy Zamawiający odstąpi od sekcji statycznej – 2-3 komór stale napełnionych powietrzem? Wyrażenie zgody pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej oferty cenowo, a także pozwoli wziąć udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

4) Pyt. 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści materac z systemem napełniania się co 3 komory? Podane rozwiązanie gwarantuje, że zawsze co najmniej 2 komory są napełnione przez co parametr może być uznany za równoważny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5) Pyt. 5 poz. 18

Czy Zamawiający odstąpi od zestawu poduszek przeciwoleżynowych? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą ilość kontrahentów, przez co wzrośnie konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2016.

6) Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 90 dni od daty zawarcia umowy? Wyrażenie zgody umożliwi przedstawienie oferty korzystnej cenowo i pozwoli na wzięcie udziału większej liczby Wykonawców.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

7) Czy Zamawiający dopuści materac o budowie monolitycznej o parametrach:

a) system pracy 3:1 czyli dwie komory pełne, trzecia pusta w cyklu 7,5 minutowym. Rozwiązanie znacznie lepsze niż opisane, zapewniające lepszą stabilność pacjenta na materacu i o wiele wyższą skuteczność terapii przeciwoleżynowej jak i leczenia odleżyn.

b) Ciśnienie regulowane przez personel za pomocą pokrętki, ponieważ personel najlepiej wie jak dla danego pacjenta ustawić materac. Skuteczność terapeutyczna znacznie wyższa dla pacjentów do 180 kg.

c) Podłączenie materaca do zasilacza za pomocą prostej funkcjonalnej wsuwanej wtyczki

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza podtrzymując zapis SIWZ.

d) Czy Zamawiający dopuści materac bez poduszek – Opis elementów wskazuje na jedną firmę co narusza zasadę o zdrowej konkurencji.

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

e) czy Zamawiający dopuści wypełnienie poduszki z pianki w pokrowcu para przepuszczalnym i wodoszczelnym?

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

8) Czy Zamawiający wymaga większego obciążenia terapeutycznego dla pacjenta wynoszącego 180 kg, a maksymalna waga pacjenta 250 kg, wymagana maksymalna waga pacjenta 140 kg, wskazuje, że, obciążenie terapeutyczne jest poniżej 100 kg, co ze względu na bezpieczeństwo pacjenta jest nie wystarczające.

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

9) 4. Prosimy o dopuszczenie szerokości 85 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

10) 5. Prosimy o dopuszczenie wysokości 130 mm

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza zgodnie ze zmianą z treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

11) 6. Prosimy o dopuszczenie materaca przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 2 stopnia włącznie wg. skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 150 kg. Informujemy, iż materac o opisanej przez Zamawiającego konstrukcji nie będzie w stanie skutecznie realizować terapii w przypadku odleżyn 3 i 4 stopnia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

12) 7. Prosimy o dopuszczenie materaca z komorami wykonanymi z przezroczystego poliuretanu
Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z SIWZ.

13) 9. Prosimy o odstąpienie od wymogu statycznej sekcji głowy.
Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z SIWZ.

14) 14. Prosimy o dopuszczenie przewodów zapinanych przy pomocy szybkozłączy.
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

15) 17. Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w czterech kierunkach – jest to parametr lepszy.
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

16) 18. Prosimy o dopuszczenie zestawu poduszek przeciwoleżynowych do pozycjonowania pacjenta z wypełnieniem z 50% pianki HR oraz 50% włókien poliestrowych powleczonych tkaniną mikroporową, zewnętrzną warstwą wykonaną z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, odpornej na zapłon, zewnętrzną warstwę w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji, możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95°C i wypełnienia w temperaturze do 95°C.

18a)

Prosimy o dopuszczenie poduszki prostokątnej uniwersalnej o wymiarach 25x80 cm lub 50x60 cm

18b)

Prosimy o dopuszczenie poduszki do ułożenia bocznego o wymiarach 20x225 cm lub 20x125 cm

18c)

Prosimy o dopuszczenie poduszki w postaci wałka o wymiarach 20x125 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.


17) Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac o wymiarach 2006x840mm, wysokość pojedynczej komory materaca 9-10cm? Proponowane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie mają bezpośredniego wpływu na profilaktykę odleżyn.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

18) Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac z terapeutycznym limitem wagi pacjenta 120kg?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

19) Czy funkcja CPR może być realizowana przez zatyczkę CPR oznaczoną w widoczny sposób etykietą jak przedstawiono na rysunku poniżej:



Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

20) Poliuretan jest materiałem bardzo trwałym, odpornym na dezynfekcję, zapewniającym wieloletnią eksploatację materaców na oddziale szpitalnym; jest to materiał, który nie wchodzi w reakcję ze skórą pacjenta (stosowany do produkcji opatrunków), dlatego też nie ma dla niego zamiennika. Czy w związku z powyższym Zamawiający, celem uzyskania materaców wykonanych z materiałów jak najlepszej jakości, wymaga materaca wykonanego z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

21) Czy celem uniknięcia przebarwień w trakcie eksploatacji materaców Zamawiający wymaga aby materace nie posiadały komór przeziernych, które tak samo jak komory w kolorze białym predysponują do powstania brązowożółtych, nieestetycznych przebarwień?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

22) Czy w związku z tym, że komory rurowe proste nie posiadają właściwości rozkładu sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta Zamawiający wymaga aby komory rurowe były wygięte w kształcie litery V w płaszczyźnie poziomej?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

23) Czy celem prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu Zamawiający wymaga aby materac i pompa pochodziły od tego samego producenta?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

24) Czy celem obniżenia ceny oferowanych materaców przeciwoodleżynowych Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego zestawu poduszek przeciwoodleżynowych do pozycjonowania pacjenta do części nr 3?

Odp. Zamawiającego: Wymagany jest jeden zestaw poduszek do każdego z materaców.

Dodatkowo w odpowiedzi zmiana treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

25) Czy uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta oraz łatwość pracy personelu medycznego, mając również na uwadze ograniczenie ryzyka powstania odleżyn z powodu nieprawidłowej pracy systemu Zamawiający wymaga aby zasilacz posiadał wskaźniki: pracy materaca i niskiego ciśnienia z sygnalizacją świetlną?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

26) Czy Zamawiający wymaga aby zdjęcie pokrowca umożliwiało łatwy, bezpośredni dostęp do powierzchni komór materaca celem mycia lub dezynfekcji. Pokrowiec i materac w tym samym kolorze, celem łatwego kompletowania np. po praniu w pralni?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

II. Część 4 - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy wysokospecjalistyczny – szt. 14.

27) Pyt. 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokość materaca 20cm? Najlepsze odciążenie oferują materace wyższe, ponieważ chory intensywnie zapada się w miękki i wysoki materac (większa powierzchnia styku ciała z materacem). Ciało osoby na materacu podpierane jest na zmianę w różnych miejscach, co oprócz zmniejszenia ucisku zdecydowanie poprawia także ukrwienie tkanek i termowentylację skóry.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

28) Pyt. 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści materac bez taśm stabilizujących. Oferowany produkt nie wymaga standardowego materaca szpitalnego dzięki swojej wysokości.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

29) Pyt. 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści materac z systemem umożliwiającym zmianę cyklu napełniania co 3 komory co 6, 9, 12 lub 25 min., gdzie komory w sekcji głowy są stale napełnione? Oferowany materac nieznacznie różni się od wymaganego i może być uznany za równoważny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

30) Pyt. 4 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści materac posiadający 2 rzędy komór napełnionych powietrzem, gdzie dolny rząd jest stale napełniony powietrzem, a w górnym wyposażony jest w system napełniania komór powietrzem naprzemiennie? Podane system jest podobny i również zabezpiecza pacjenta przed upadkiem.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

31) Pyt. 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści materac z limitem wagi 180 kg? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i może być uznany za równoważny

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

32) Pyt. 6 poz. 15

Czy Zamawiający odstąpi od materaca wyposażonego w funkcję transportu min. 8h bez zasilania? Wyrażenie zgody umożliwi przedstawienie oferty korzystnej cenowo oraz pozwoli na przedstawienie oferty większej liczbie Wykonawców.

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

33) Pyt. 7 poz. 17

Czy Zamawiający odstąpi od zestawu poduszek przeciwodleżynowych? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą ilość kontrahentów, przez co wzrośnie konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ Z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

34) Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 90 dni od daty zawarcia umowy? Wyrażenie zgody umożliwi przedstawienie oferty korzystnej cenowo i pozwoli na wzięcie udziału większej liczby Wykonawców.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

35) Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach:

a) o wymiarach wysokość 125 mm, szerokość 900 mm, długość 200 mm

b) system pracy 3:1 czyli dwie komory pełne, trzecia pusta w cyklu 7,5 minutowym. Rozwiązanie znacznie lepsze niż opisane, zapewniające lepszą stabilność pacjenta na materacu i o wiele wyższą skuteczność terapii przeciwoleżynowej jak i leczenia odleżyn.

c) Ciśnienie regulowane przez personel za pomocą przycisków dostosowywane do wagi, ponieważ personel najlepiej wie jak dla danego pacjenta ustawić materac. Skuteczność terapeutyczna znacznie wyższa dla pacjentów do 180 kg.

d) materac bez dodatkowych komór wewnętrznych z racji na system pracy 3:1

e) Materac bez osuszania ciała pacjenta

f) panel sterujący z wyświetlaczem LCD

g) Funkcja transportu manualna poprzez zamknięcie korkiem komór wtyczki do pompy

h) Podłączenie materaca do zasilacza za pomocą prostej funkcjonalnej wsuw

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z SIWZ.

i) Czy Zamawiający dopuści materac bez poduszek – Opis elementów wskazuje na jedną firmę co narusza zasadę o zdrowej konkurencji.

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

j) czy Zamawiający dopuści wypełnienie poduszki z pianki w pokrowcu para przepuszczalnym i wodoszczelnym?

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

36) Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie materaca o wysokości 20 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

37) Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w czterech kierunkach – jest to parametr lepszy.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

38) Pkt. 11 Prosimy o dopuszczenie nowocześniejszej konstrukcji typu komora na komorze „cell on cell” z dodatkowym spodnim materacem bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

39) Pkt. 12 Prosimy o odstąpienie od wymogu mikrootworów w przypadku zaoferowania materaca wykonanego z materiałów zapewniających odpowiedni mikroklimat – m.in.. przepuszczalność pary na poziomie min. 600 g/m²/24h

Odp. Zamawiającego: Wymóg zgodnie z SIWZ.

40) Pkt. 15 Prosimy o dopuszczenie materaca umożliwiającego realizację funkcji transportowej w krótszym czasie, np. do 3 godzin. Informujemy, iż jednoznaczne określenie czasu pracy w trybie transportowym nie jest możliwe ponieważ jest on uzależniony od obciążenia, czyli od wagi pacjenta.

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

41) 17. Prosimy o dopuszczenie zestawu poduszek przeciwoodleżynowych do pozycjonowania pacjenta z wypełnieniem z 50% pianki HR oraz 50% włókien poliestrowych powleczonej tkaniną mikroporową, zewnętrzną warstwą wykonaną z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, odpornej na zapłon, zewnętrzną warstwę w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji, możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95°C i wypełnienia w temperaturze do 95°C.

Odp. Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2015 r.

17a

Prosimy o dopuszczenie poduszki wielokomorowej o rozmiarach 60x70 cm, którą można uformować tworząc różne kształty

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmiany jej treści z dnia 21.06.2016 r.

17b

Prosimy o dopuszczenie poduszki w postaci wałka o wymiarach 15x60 cm, która idealnie nadaje się do podłożenia pod rękę.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmiany jej treści z dnia 21.06.2016 r.

42) Czy ze względu na możliwość zapewnienia pełnej zmiennociśnieniowej pracy bez zewnętrznego zasilania Zamawiający wymaga by istniała możliwość dołączenia do pompy modułu zintegrowanych akumulatorów zapewniającego normalną (statyczną i dynamiczną) pracę materaca przez min. 6 godzin. Pompa z modułem akumulatorowym powinna stanowić jedną całość o rozmiarach nie większych niż 400x310x130mm (łącznie ze zintegrowanym akumulatorem); waga zasilacza do 4kg (łącznie ze zintegrowanym akumulatorem o wadze do 1,2kg)

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

43) Poliuretan jest materiałem bardzo trwałym, odpornym na dezynfekcję, zapewniającym wieloletnią eksploatację materaców na oddziale szpitalnym; jest to materiał, który nie wchodzi w reakcję ze skórą pacjenta (stosowany do produkcji opatrunków), dlatego też nie ma dla niego zamiennika. Czy w związku z powyższym Zamawiający, celem uzyskania materaców wykonanych z materiałów jak najlepszej jakości, wymaga materaca wykonanego z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

44) Czy celem uniknięcia materaca z wbudowaną w niego pompą Zamawiający wymaga możliwości ustawienia pompy obok łóżka? W przypadku materaców z wbudowaną pompą bardzo często dochodzi do rozwoju odleżyn w obszarze nad pompą np. w obszarze pięt.

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

45) Czy uwzględniając, że jest to materac wysokospecjalistyczny, a więc przeznaczony dla pacjentów w ciężkim stanie, gdzie często będzie zachodziła potrzeba przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej Zamawiający wymaga by materac wyposażony był w funkcję CPR realizowaną w łatwy sposób z jednego zespołu CPR?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

46) Czy uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta oraz łatwość pracy personelu medycznego, mając również na uwadze ograniczenie ryzyka powstania odleżyn z powodu nieprawidłowej pracy systemu

Zamawiający wymaga aby zasilacz posiadał wskaźniki: pracy materaca, braku właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, niskiego stanu naładowania akumulatora, konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

47) Czy celem prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu Zamawiający wymaga aby materac i pompa pochodziły od tego samego producenta?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

48) Czy celem obniżenia ceny oferowanych materaców przeciwodleżynowych Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego zestawu poduszek przeciwodleżynowych do pozycjonowania pacjenta do części nr 4?

Odp. Zamawiającego: Wymagany jest jeden zestaw poduszek do każdego z materaców.

Dodatkowo w odpowiedzi zmiana treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

49) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia była naliczana nie od wartości wynagrodzenia umownego brutto, ale od wartości sprzętu, który uległ awarii?

Odp. Zamawiającego: Zapis umowy § 8 pkt. 3 zgodny z SIWZ i zmianą jej treści z dnia 17.06.2016 r.

III. Część nr 5 - Materac przeciwodleżynowy - szt. 71

50) Czy Zamawiający dopuści materac typu goffer?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 21.06.2016 r.

51) Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza przy zachowaniu wymagań żądanych w SIWZ wraz ze zmianami z dnia 21.06.2016 r.

52) Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający będzie wymagał antypoślizgowego spodu materaca, zabezpieczającego przed zśowniem się z łóżka?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

53) Czy poprzez zapis w pkt 4 załącznika “materac nieprzemakalny” Zamawiający rozumie, że szwy materaca powinny być zespalane np. termicznie, nie zszywane co powoduje dziurkowanie krawędzi i tym samym drogę do przenikania płynów do wnętrza materaca?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.

54) Czy zamawiający wymaga aby pokrycie materaca stanowiła tkanina “oddychająca”, gwarantująca właściwości przeciwodleżynowe czy też może to być tkanina “nieoddychająca”?

Odp. Zamawiającego: Wymagania zgodnie z określonymi w SIWZ.