

ST/DZP/8/2016

Górno, dn. 12.07.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM”
im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5
tel. 17 771 53 00, fax 772 89 48
NIP 874-00-02-00 REGON 000291747(G)

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5,
woj. podkarpackie

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
W PRZTEARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
(ST/DZP/8/2016)
Część I**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 28 maja 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przedstawiam wyjaśnienia wraz z pytaniami dotyczące treści SIWZ

– Części nr 2, 3, 7, 8, 10, 12 tj.:

Część nr 2 – Monitor funkcji życiowych (szt. 2)

1. POMIAR EKG: Czy Zamawiający dopuści zakres 30-300 bpm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. POMIAR EKG: Czy Zamawiający dopuści zakres czułości w zakresie -2.0 do 2.0 mV?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. POMIAR EKG: Czy Zamawiający dopuści prezentację zmian odchylenia ST bez wzorcowych odcinków ST?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

4. POMIAR (NIBP) Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia 20-260 mmHg?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5. POMIAR (NIBP) Czy Zamawiający dopuści w miejsce funkcji wstępnego ustawiania ciśnienia w mankencie, możliwość regulacji limitu ciśnienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. POMIAR (TEMP) Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru $\pm 1^{\circ}\text{C}$?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

7. POMIAR (TEMP) Czy Zamawiający dopuści możliwość pomiaru dwóch temperatur bez możliwości jednoczesnego ich obrazowania bez opcji wyświetlania różnicy temperatur?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

8. WYPOSAŻENIE KARDIOMONITORA: Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych oraz nerkowych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

9. Pytanie 1.

ST/DZP/8/2016

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor bez gniazda USB do przenoszenia danych? Dane z kardiomonitora można pozyskać z ewentualnej centrali.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

10. Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z prędkością kreślenia krzywej EKG: 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

11. Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z czułością EKG regulowaną w przedziale: x0,25; x0,5; x1,0; x2,0 [cm/mV]?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

12. Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor ze standardową analizą ST, bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

13. Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor bez funkcji stazy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

14. Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z ręcznie regulowanymi granicami alarmowymi?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

15. Pytanie 7.

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych i tabelę dawkowania, bez funkcji obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych i nerkowych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

16. Pytanie 8.

Dotyczy pakietu 2. Monitor funkcji życiowych.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor niezabezpieczony przed wnikaniem wody podczas deszczu trwającego do 10min o natężeniu do 5mm – IPX1?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytania dotyczące Części nr 3 – Koncentrator tlenu :

17. Czy Zamawiający dopuści **koncentrator tlenu** o wymiarach 36 x 23 x 58,5?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza **koncentrator tlenu** zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

ST/DZP/8/2016

18. Czy Zamawiający dopuści **koncentrator tlenu** bez alarmu audiowizualnego informującego o potrzebie wymiany kaniuli nosowej, filtra lub zbiornika z wodą (powyższe użytkownik z łatwością może sam zaobserwować) natomiast wyposażony w alarm audiowizualny informujący o niskim stężeniu tlenu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści **koncentrator tlenu** przeprowadzający automatyczny test sprawności podczas uruchamiania urządzenia zamiast wymaganej możliwości przeprowadzenia testu sprawności po uruchomieniu? Oferowany koncentrator tlenu po każdorazowym uruchomieniu testuje urządzenie (w trakcie miga zielona dioda), jeżeli test przeszedł pomyślnie wówczas zielona dioda świeci ciągłym światłem, natomiast w przypadku jakiegokolwiek nieprawidłowości zaświeci się dioda w kolorze czerwonym oraz słyszalny będzie alarm dźwiękowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza koncentrator tlenu zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

20. Pytanie do punktu nr 8 wymaganych parametrów technicznych – Możliwość przeprowadzenia testu sprawności

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności koncentrator tlenu, który wykonuje autotest sprawności w momencie uruchomienia urządzenia? – ta funkcja gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ sprzęt każdorazowo jest sprawdzony przed użyciem przez pacjenta

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

21. Pytanie do punktu nr 13 wymaganych parametrów technicznych – wymiary 39x44x58 cm (+/- 4cm)

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności koncentrator tlenu o wymiarach 58x38x24 cm ? Proponowany sprzęt jest mniejszy od wymaganego ale nie mieści się w ograniczeniach -4cm .

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

22. Pytanie do punktu 15 wymaganych parametrów technicznych – wyposażony w alarm audiowizualny informujący o potrzebie wymiany kaniuli nosowej, filtra lub zbiornika z wodą

Czy zamawiający dopuści za zasadzie równoważności koncentrator wyposażony w alarmy audiowizualne informujące o nieprawidłowym przepływie tlenu lub jego ograniczeniu – te alarmy wskazują, że może być uszkodzona kaniula nosowa lub wężyk, a zalecane czynności to ich wymiana.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. dot. Część 7 – URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI W CO2

23. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie o mocy mieszczącej się w wymaganym zakresie, ale wyrażonej w VA (woltoamperach)?

Odp. Zamawiającego: Tak.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie bez regulacji czasu trwania sygnału końca zabiegu? Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wyłączenie sygnału po ok. 40 sekundach lub można go przerwać ręcznie w dowolnym momencie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

ST/DZP/8/2016

Część nr 8 – ssak elektryczny

25. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka elektrycznego, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego z przepływem ograniczonym filtrem 30L/min oraz o wymiarach 40x16x25 cm?

Odp. Zamawiającego: W odpowiedzi zmiana treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

26. Prosimy również o odstąpienie od zapisu dotyczącego przeglądów w okresie gwarancji 1 raz w roku bezpłatnie, ponieważ według informacji uzyskanej od producenta przeglądy zaoferowanego sprzętu nie są wymagane. Urządzenie działa na zasadzie pompy olejowej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak z przepływem ograniczony filtrem: minimum 32l/min?

Odp. Zamawiającego: Nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o wymiarach (szerokość x długość x wysokość) 37x40x18cm które łącznie dają urządzenia o kubaturze mniejszej niż wymagany przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: Nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ oraz zmiany treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

29. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz ze ssakiem również podstawy jezdnej?

Odp. Zamawiającego: Wymagania dot. przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.

30. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ssaka o minimalnej głośności określonej umownie na poziomie 45 dB?

Odp. Zamawiającego: Wymagania dot. przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.

Część nr 10 URZĄDZENIE – SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA

31. Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej wykonanej z włókien węglowych, spełniającej normę EN 80601-2-35:2009 „Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej”, z pokrowcem wykonanym z tkaniny poliuretanowej antybakteryjnej, odpornej na ciecze, zabezpieczającej wewnętrzne warstwy

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

32. Prosimy o dopuszczenie napięcia wyjściowego na poziomie 24V.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

ST/DZP/8/2016

33. Prosimy o dopuszczenie poliuretanowych pokrowców z możliwością prania w 90°C, z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu, oraz możliwością dezynfekcji powierzchniowej

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

34. Prosimy o dopuszczenie materaca grzewczego, zintegrowanego, o wymiarach 120x50x3 cm lub 80x50x3 cm, z wbudowaną warstwą pianki viskoelastycznej o właściwościach przeciwoleżynowych (redukujących ucisk na ciało pacjenta) nie gorszych niż w przypadku materaca żelowego.

Rozwiązanie to spełnia wymogi funkcjonalne określone przez Zamawiającego pod kątem nieprzemakalności, nienasiąkliwości i wodoszczelności oraz przeznaczenia do dezynfekcji powierzchniowej (materac posiada zewnętrzne, zgrzewane pokrycie poliuretanowe), a ponadto cechuje się wysoką elastycznością w zakresie reakcji na zmianę zadanej temperatury oraz dużą wygodą użytkowania.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z materaca grzewczego, o wymiarach 120 x 50 cm oraz dodatkowo materaca żelowego o wymiarach 115 x 52 cm. Rozwiązanie to jest niestety mniej efektywne, z uwagi na to, że dodatkowy materac żelowy nagrzewa się dłużej i powoduje większy pobór prądu, niż w rozwiązaniu pierwszym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Część nr 12 PODNOŚNIK JEZDNY

35. Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego z aluminium, malowanego epoksydowo

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

36. Prosimy o dopuszczenie podnośnika, wyposażonego w jeden podwójny uchwyt

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 12.07.2016 r.

37. Prosimy o dopuszczenie dwupunktowego wieszaka

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

38. Prosimy o dopuszczenie wysokości podstawy jezdnej 130 mm

Odp. Zamawiającego: W ocenie Zamawiającego podany parametr spełnia wymagania SIWZ.

39. Prosimy o dopuszczenie podstawy jezdnej o długości 1100 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

ST/DZP/8/2016

40. Prosimy o dopuszczenie szerokości podstawy jezdnej zamkniętej (zewnątrznej) 65 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

41. Prosimy o dopuszczenie zakresu podnoszenia 1190 mm (630 – 1830 mm)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

42. Prosimy o dopuszczenie podnośnika z udźwigiem do 200 kg

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

43. Prosimy o dopuszczenie wagi, jako dodatkowego wyposażenia podnośnika, dostępnej jako opcja i przeznaczony specjalnie do wybranego podnośnika.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

44. Prosimy o dopuszczenie nosidła zawieszanego na dwóch pasach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

45. PAS TRANSPORTOWY

Prosimy o dopuszczenie nosidła zawieszanego na dwóch pasach, z możliwością zawieszenia na 4-punktowym wieszaku, wykonanego z siateczki poliestrowej, z zagłówkiem, zabezpieczenie pacjenta w postaci skrzyżowanych przed nim pasów, bez dodatkowych pasów bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

DYREKTOR
mgr inż. Elżbieta Burzyńska