

ST/DZP/8/2016

Górno, dn. 15.07.2016 r.

Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
z dnia 15.07.2016 r.**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO** (ozn. spr. ST/DZP/8/2016) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego,

w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ:

1. W SIWZ – Załącznik Nr 4B Formularz wymagań technicznych – Część nr 3: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – Koncentrator tlenu - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji 13:**

13	Wymiary 39 x 44 x 58cm (+/- 4cm)
----	----------------------------------

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

13	Wymiary 39 x 44 x 58cm (+/- 4cm) lub 58 x 38 x 24 cm lub 36 x 23 x 58,5 cm lub 30,4cm x 34,2cm x 62,2cm lub 42x16x28cm
----	--

2. W SIWZ – Załącznik Nr 8B do SIWZ URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI W CO<sub>2</sub> – Formularz wymagań technicznych – Część nr 7 - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

	Zużycie CO <sub>2</sub> : średnio 18l/min (+/- 3l)
--	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

	Urządzenie wyposażone w butlę z CO <sub>2</sub> o pojemności nie mniejszej niż 25 kg. Zużycie CO <sub>2</sub> : średnio 18l/min (+/- 3l)
--	--

3. W SIWZ – Załącznik Nr 9B do SIWZ: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – SSK ELEKTRYCZNY – Część nr 8 - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

ST/DZP/8/2016

	Wymiary nie wyższe niż 37x23x20cm
--	-----------------------------------

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

	Wymiary nie wyższe niż 42x25x28cm
--	-----------------------------------

4. W SIWZ – Załącznik Nr 13B Część 12 do SIWZ: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE - Podnośnik jezdny - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

	Długość podstawy jezdnej 1150-1300 mm
--	---------------------------------------

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

	Długość podstawy jezdnej 1150-1360 mm
--	---------------------------------------

**2) dotychczasowa treść w pozycji:**

	Zakres podnoszenia minimum 1350 mm
--	------------------------------------

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

	Zakres podnoszenia minimum 1330 mm
--	------------------------------------

5. W SIWZ – Załącznik Nr 17B do SIWZ Formularz wymagań technicznych – Część nr 16: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – Wózek do transportu chorych - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

	Cztery podwójne antystatyczne koła jezdne blokowane centralnie, w tym co najmniej jedno z blokadą kierunkową
--	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

	Cztery podwójne lub pojedyncze antystatyczne koła jezdne blokowane centralnie, w tym co najmniej jedno z blokadą kierunkową
--	---

6. W SIWZ – Załącznik Nr 3B do SIWZ Formularz wymagań technicznych – Część nr 2: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – Monitor funkcji życiowych - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

	Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych
--	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

ST/DZP/8/2016

	Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w innej formie np. wykresów.
--	--

2) Przystaje obowiązywać jako niezbędnie wymagany podany w sekcji „Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP)” parametr: „**Funkcja stazy**”. W konsekwencji dotychczasowa treść w pozycji:

Funkcja stazy		<b>Tak</b>	
---------------	--	------------	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

Funkcja stazy		<b>Tak/Nie</b>	
---------------	--	----------------	--