

ST/DZP/15/2016

Górno, dn. 22.08.2016 r.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5,
woj. podkarpackie

**ZMIANA TREŚCI SIWZ
W PRZTEARGU NIEOGRANICZONYM
NA
DOSTAWĘ PRZEWOŻNEGO CYFROWEGO APARATU RTG
(ST/DZP/15/2016)**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ PRZEWOŻNEGO CYFROWEGO APARATU RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego, w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ:

I. Dotyczy Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz wymaganych parametrów

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa przewoźnego cyfrowego aparatu RTG . Parametry wymagane (graniczne) oraz oceniane.

1. Dotychczasowa treść Pkt. II.3 w brzmieniu:

3.	Max natężenie prądu lampy ≥ 430 mA	TAK, podać		Max wartość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
----	---	------------	--	---

Zmienia się i otrzymuje brzmienie

3.	Max natężenie prądu lampy ≥ 400 mA	TAK, podać		Bez punktacji
----	---	------------	--	---------------

2. Dotychczasowa treść Pkt. II.5 w brzmieniu:

5.	Zakres nastaw mAs co najmniej 0,32 -340 mAs	TAK, podać		Bez punktacji
----	---	------------	--	---------------

Zmienia się i otrzymuje brzmienie

ST/DZP/15/2016

5.	Zakres nastaw mAs co najmniej 0,32 -320 mAs	TAK, podać		Bez punktacji
----	---	------------	--	---------------

3. Dotychczasowa treść Pkt. II.7 w brzmieniu:

7.	Wielkość ogniska lampy RTG $\leq 0,8$ (Zgodnie z IEC 60336)	TAK, podać		Min. wielkość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
----	--	------------	--	---

Zmienia się i otrzymuje brzmienie

7.	Wielkość ogniska lampy RTG $\leq 0,8$ (Zgodnie z IEC 60336)	TAK, podać		Bez punktacji
----	--	------------	--	---------------

4. Dotychczasowa treść Pkt. III.1 w brzmieniu:

1.	Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 55 cm	TAK, podać		Bez punktacji
----	--	------------	--	---------------

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1.	Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 56 cm	TAK, podać		Bez punktacji
----	--	------------	--	---------------

5. Dotychczasowa treść Pkt. III.2 w brzmieniu:

2.	Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 202 cm	TAK, podać		Max wartość – 5 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
----	---	------------	--	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie

2.	Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 201 cm	TAK, podać		Max wartość – 5 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
----	---	------------	--	--

6. Dotychczasowa treść Pkt. III.3 w brzmieniu:

3.	Szerokość aparatu ≤ 67 cm	TAK, podać		Min wartość – 5 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
----	--------------------------------	------------	--	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie

ST/DZP/15/2016

3.	Szerokość aparatu ≤ 67,8 cm	TAK, podać		Min wartość – 5 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
----	-----------------------------	------------	--	--

7. Dotychczasowa treść pkt. 16. SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT w ust. 3 „Zasady punktacji ofert” w pkt 2 tj.

„2) Liczba punktów w kryterium Ocena techniczna „O” wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

$$O = \frac{\text{suma punktów oferty badanej} \\ \text{(wg punktacji określonej w załączniku nr 3 do SIWZ)}}{100} \cdot 100 \text{ punktów} \cdot 25\%$$

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„2) Liczba punktów w kryterium Ocena techniczna „O” wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

$$O = \frac{\text{suma punktów oferty badanej} \\ \text{(wg punktacji określonej w załączniku nr 3 do SIWZ)}}{80} \cdot 100 \text{ punktów} \cdot 25\%$$

8. Treść SIWZ w miejscu – Rozdział 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT pkt 13.3 w dotychczasowym brzmieniu:

„13.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczątowanej pieczętką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Oferta w przetargu na dostawę DOSTAWA PRZEWOŹNEGO CYFROWEGO APARATU RTG.
Nie otwierać przed dniem **30.08.2016 r. godz. 12:30**

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„13.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczątowanej pieczętką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Oferta w przetargu na dostawę DOSTAWA PRZEWOŹNEGO CYFROWEGO APARATU RTG.
Nie otwierać przed dniem **02.09.2016 r. godz. 12:30**

9. Treść SIWZ w miejscu – Rozdział 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ST/DZP/15/2016

a) pkt 14.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio,
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5 - Sekretariat do dnia **30.08.2016 r. do godz. 12:00.**”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie

„14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio,
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5 - Sekretariat do dnia **02.09.2016 r. do godz. 12:00.**”

b) pkt 14.6 w dotychczasowym brzmieniu:

„14.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **30.08.2016 r. o godz. 12:30** w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„14.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **02.09.2016 r. o godz. 12:30** w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna”.