

Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
z dnia 16.06.2017 r. w przetargu nieograniczonym na dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
(ST/DZP/11/2017)**

W oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ w zakresie:

**I. Dotyczy części nr 1 - Załącznik nr 2A  
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

**1. Dotychczasowa treść poz. 24 w kolumnie „Nazwa/Opis/Parametry techniczne”**

**w brzmieniu:**

24	Igły G 20/ dł. 25 mm, wyposażone w zintegrowany dren. Zabezpieczone w zamkniętym opakowaniu, które chroniącym przed przypadkowym zakłuciem. Igły z portem bocznym lub bez.
----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

24	Igły G 20/ dł. 25 mm, wyposażone w zintegrowany dren. Zabezpieczone w zamkniętym opakowaniu, które chroniącym przed przypadkowym zakłuciem. Igły z portem bocznym lub bez. Igły do portów Hubnera.
----	--

**2. Dotychczasowa treść poz. 74 w kolumnie „Nazwa/Opis/Parametry techniczne”**

**w brzmieniu:**

74	Przyrząd do infuzji z regulatorem
----	-----------------------------------

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

74	Przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu w postaci tarczy w zakresie od 0 do minimum 300 ml/h
----	--

**3. Dotychczasowa treść poz. 104 w kolumnie „Nazwa/Opis/Parametry techniczne” w brzmieniu:**

104	Zestaw do lewatywy 1-uż
-----	-------------------------

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

104	Zestaw do lewatywy wyposażony w kankę z ogranicznikiem głębokości
-----	---

**4. Dotychczasowa treść poz. 61 w kolumnie „Nazwa/Opis/Parametry techniczne” w brzmieniu:**

61	Pojemnik 700-750 ml na zużyte igły z otworem umożliwiającym zdjęcie igły ze strzykawki
----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

61	Pojemnik 700-750 ml na zużyte igły z otworem umożliwiającym zdjęcie igły ze strzykawki. Pokrywka pojemnika winna być na stałe zintegrowana z klapką (nie wisząca pokrywka).
----	---