

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych)

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnym, których wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000,00 zł, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 1/01/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

1. Zamawiający:

Szpital Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa
im. św. Jana Pawła II w Górnym, 36-051 Górno ul. Rzeszowska 5

Zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby zamawiającego sprzętu typu:

Pakiet I - Spirometr zestaw – 1 szt, integracja z systemem HIS

Opis wymaganych parametrów produktu:

- moduł spirometru (spirometria, przepływ-objętość, MVV)
- głowice pneumotachograficzne wymienne, łatwo dezynfekowane i sterylizowane w całości, bez elementów ruchomych, niskooporowe
- uchwyt głowicy z kablem i cyfrowym przetwornikiem przepływu,
- ustniki dla dorosłych i dzieci
- klipsy na nos
- oprogramowanie komputerów klasy PC (baza danych SQL, moduł HL7)
- układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu, bez przewodów powietrznych
- Pomiar przepływu i objętości:
 - głowica pomiarowa MES typ DV40 (lub DV40e)
 - zakres przepływu +/- 20 l/s
 - przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml)
 - rozdzielczość przepływu 1ml/s
 - rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s
 - rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml
 - dokładność pomiaru przepływu < 2%
 - zakres pomiaru objętości +/- 10l
 - dokładność pomiaru objętości < 2%
 - opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm/l/s (przy przepływie 14 l/s)
- Spirometria: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF
- Krzywa przepływ-objętość:
FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT
- Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MVV, BF, BR
- Zasilanie: 230 V ±10%, 50/60 Hz, 15 VA

- Gwarancja min. 24 miesiące

Pakiet II - Wózek medyczny wielofunkcyjny z wyposażeniem

Opis wymaganych parametrów produktu:

wózek wielofunkcyjny MULTI-03/ABS z wyposażeniem

-szafka na 5 szuflad (wysokość frontów 5x138mm+/-0,5mm) +drzwiczki wyposażone w zamek (szerokość:310 mm+/-0,5mm), 2 x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo

-wyposażenie części szafki z drzwiczkami (1x kuweta 400x300x50mm+/-0,5mm), 2x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1x pojemnik na narzędzia 325x175x40mm+/-0,5mm, 1x wieszak kroplówki, 1x metalowy dozownik na płyn dezynfekcyjny na stelażu

- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm

-podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym, pełniącą funkcje odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm+/-0,5mm, w tym 2 z blokadą

- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany, prowadnice szuflad z samodociągiem, część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, szafka wyposażona w zamek, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 870x570x1000mm+/-0,5mm

-wymiary szafki : 800x500mm+/-0,5mm

- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 385x460x123mm+/-0,5mm

- uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

do Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnem.

1. Termin realizacji zamówienia: Do 4 tygodni od wyboru oferty

2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres: zamowienia@gorno.eu

3. Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Termin składania ofert: **15.11.2024 r. do godz. 10⁰⁰**. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
- Wykonawca określa cenę przedmiotu zamówienia, podając jej kwotę netto i brutto.
- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia
- Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane z tłumaczeniem na język polski.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania.
- Zamawiający dokona oceny, porówna oferty i wybierze najtańszą ofertę spełniającą wymagania.

4. Termin otwarcia ofert **15.11.2024 r. o godz. 10³⁰** w Szpitalu Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnicy w świetlicy Pawilonu Nr 5.
5. Warunki płatności: przelew 21 dni.
6. Powody odrzucenia oferty:
 - złożenie oferty po terminie składania ofert,
 - brak dołączonych do oferty załączników,
 - treść oferty niezgodna z zapytaniem ofertowym,
 - brak uzupełnienia oferty lub/i brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.
7. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Kwolek tel. 17-7715 314
8. Opis kryteriów:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium - najniższa cena. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
14. Dokumenty składane wraz z ofertą:
 - a) Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
 - b) Formularz cenowy –Pakiet I-spirometr zestaw, (Załącznik nr 2)
 - c) Formularz cenowy – Pakiet II (Załącznik Nr 3)
 - d) Klauzula informacyjna (Załącznik Nr 4)
 - e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy o szczególnym rozwiązaniu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497, 1858) (Załącznik Nr 5)

DYREKTOR

lek. med. Grzegorz Hydzik

..... dnia

