

ST/DZP/10/2016
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej "SANATORIUM"
im. Jana Pawła II w Górnio
36-051 Górnio, ul. Rzeszowska 5
tel. 17 771 53 00, fax 772 89 68
NIP 814-00-02-902, REGON 000291747(G)

Górnio, dn. 05.07.2016 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio
36-051 Górnio, ul. Rzeszowska 5,
woj. podkarpackie

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ AMBULANSU TRANSPORTOWEGO (ST/DZP/10/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 28 maja 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przedstawiam wyjaśnienia wraz z pytaniami dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **AMBULANSU TRANSPORTOWEGO**.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego wyłączenia ?

Wyjaśniamy, że w nowoczesnych samochodach są powszechnie stosowane systemy typu Start/Stop z możliwością jego odłączenia polegające na każdorazowym wyłączeniu silnika podczas zatrzymania pojazdu. Taki system jest stosowany w samochodach Mercedes, Volkswagen, Opel, Renault, Nissan, Fiat, Citroen i wielu innych, więc nie stanowi to ograniczenia konkurencji, a jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Systemy typu Start/Stop są odpowiednio zaprojektowane, tak iż nie mają negatywnego wpływu na pracę akumulatora, alternatora i jego osprzętu oraz pracę turbosprężarki itp.

Odp. Zamawiającego: Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający ma jakieś wymogi dotyczące pojemności zbiornika paliwa ?

Wyjaśniamy, że obecnie większość samochodów posiada fabryczne zbiorniki min. 100 litrów, co zapewnia długie przebiegi bez konieczności częstego tankowania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga zbiornik o pojemności montowanej fabrycznie w danej marce samochodu.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności samochód który posiada fabryczny układ wydechowy przystosowany do pełnienia przez pojazd funkcji pojazdu specjalnego tj. ambulansu transportowego z układem wydechu o innej konstrukcji niż przedłużenie go prosto do końca pojazdu ?

Rozwiązanie takie jest korzystniejsze, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny nie wlatują do przedziału pacjenta powodując jego zatrucie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 4.

Wymogiem zamawiającego jest, aby ambulans posiadał "radio-odtwarzacz".

Czy oznacza to, że jest wymagane fabrycznie radio z instalacją i regulacją umieszczoną pod kołem kierownicy oraz na panelu radia, co zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem, ponad to eliminuje wszelkie możliwe zakłócenia elektromagnetyczne wpływające na pracę urządzeń

ST/DZP/10/2016

sygnalizacyjnych np. belki świetlnej, świateł ostrzegawczych itp. które powodują awarie i wyłączenie ambulansu z ruchu ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 5.

Prosimy o zmianę Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans ze standardową gwarancją jaką oferuje większość producentów: na perforację wynoszącą 72 m-ce oraz gwarancję mechaniczną 24 m-ce bez limitu kilometrów ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 7

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „przednie światła przeciwmgielne” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj. reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Obecnie czasami różni wykonawcy oferują ambulanse z fabrycznym układem wydechowym przedłużonym prosto do końca pojazdu, gdzie koniec rury wydechowej znajduje się poniżej drzwi tylnych. Rozwiązanie takie nie jest korzystne, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny wlatują do przedziału pacjenta powodując jego zatrucie, stąd chcemy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 10

Norma PN EN 1789 w żadnym zakresie nie stawia wymogu wykonania " testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu". Dopuszczając w ten sposób stosowanie różnych procedur i metodologii badań różnych notyfikowanych jednostek badawczych, co jest zgodne z Dyrektywą UE w sprawie równego traktowania w zakresie badań i certyfikacji oraz stosowanej dokumentacji, dlatego prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności dołączenia do oferty Certyfikatu Zgodności z normą PN EN 1789 wydanego przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, zamiast dokumentu z

ST/DZP/10/2016

fragmentu procedury badawczej tj. Potwierdzenia testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu ?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania dwuosobową kabinę kierowcy z pojedynczym fotelem dla kierowcy oraz pasażera, co zwiększa komfort jazdy oraz umożliwia wykorzystanie dodatkowej przestrzeni na postawienie torby, plecaka itp. ?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Czy szyby w przedziale medycznym winny być fabrycznie wykonane w fabryce producenta pojazdu bazowego, aby nie utracić gwarancji producenta ?

Odp. Zamawiającego: Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ.

Pytanie 13

Czy w załączniku nr 3 w kolumnie Parametry oferowane wystarczy wpisać potwierdzenie słowem TAK, czy też wymagany jest szczegółowy opis z podaniem oferowanych parametrów technicznych ?

Odp. Zamawiającego: O ile oferowany parametr wymaga podania dokładnej wartości (np. podany został przez Zamawiającego jako minimalny albo w zakresie od-do) wymagany jest szczegółowy opis z podaniem oferowanego parametru technicznego.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez wyposażenia opisanego w zał nr. 3 pkt 52 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresów gwarancji do standardowych okresów jaki oferują producenci, tj. 24 miesiący bez limitu kilometrów lub 36 miesiący z limitem 250 tys.km gwarancji mechanicznej oraz 24 miesiący na zabudowę przedziału medycznego. Każdy następny rok udzielania gwarancji związany jest z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z podniesieniem ceny oferty przez Wykonawców.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 17

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów Rozdziału 4 SIWZ, poprzez określenie terminu wykonania zamówienia/ dostawy na okres „do 120 dni od daty zawarcia umowy”. Należy pamiętać, że ogłaszając postępowanie Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności mogących opóźnić jego rozstrzygnięcie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 18

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o zmianę rozdziału 15 SIWZ pkt 15.2 poprzez zmianę wskazanych dat na terminy liczone w dniach, czyli odpowiednio 60, 90 i 120 dni.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

ST/DZP/10/2016

Pytanie 19

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż poprzez zapis „koszt ubezpieczenia obowiązkowego” (§2 ust. 2) rozumie ubezpieczenie przedmiotu zamówienia do momentu odbioru przez Zamawiającego. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie jakiego ubezpieczenia i na jaki okres oczekuje zamawiający.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że § 2 ust. 2 projektu umowy dotyczy ubezpieczenia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.

Pytanie 20

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu § 3 ustęp 4 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający zmienia § 3 ustęp 4 projektu umowy i nadaje mu brzmienie: „Za datę zapłaty strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Pytanie 21

W związku z postanowieniami § 4 ust. 4 i 5 prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje oddzielny protokół dla dostawy przedmiotu zamówienia i osobny po przeprowadzonym szkoleniu ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje odrębnego protokołu z przeprowadzonego przeszkolenia personelu.

Pytanie 22

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, że podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z dostawy ambulansu.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

Odp. Zamawiającego: Jak w § 3 ust 2 wzoru umowy.

Pytanie 23

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem „nadzór serwisowy” wskazany w §6 umowy Zamawiający rozumie udzielenie gwarancji na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami? W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie jakie czynności ma wykonać Wykonawca w zakresie „nadzoru serwisowego” Odp. Zamawiającego:

Odp. Zamawiającego: Zamawiający pod pojęciem nadzór serwisowy rozumie udzielenie gwarancji o której mowa w SIWZ i załącznikach.

Pytanie 24

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy w § 3 ustępu 6 o treści: „Z tytułu nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dodaje zapis do umowy zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 05.07.2016 r.

Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii (§7, ust. 11 pkt. 5).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 26

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu i terminu napraw (zawartego w §7, ust. 11 pkt. 6) do 14 dni roboczych. Pragniemy poinformować, iż w przypadku poważniejszych awarii ambulansu (np. w przypadku naprawy silnika) termin 7dniowy może okazać się niewystarczający.

ST/DZP/10/2016

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 27

W związku z faktem, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas niesprawności przedmiotu umowy, prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu § 7 ustępu 11 pkt. 2): „Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 28

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 7 ustępu 11 pkt. 2) i nadanie mu brzmienia: „W przypadku gdy dany element czy podzespół po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana elementu/podzespołu na nowy, o takich samych lub lepszych funkcjonalnościach oraz takich samych lub lepszych parametrach”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 29

Prosimy Zamawiającego o skrócenie gwarancji na przedział medyczny do 24 miesięcy, tj. standardowego okresu udzielania gwarancji przez producentów zabudowy ambulansu. Każdy następny rok udzielania gwarancji związany jest z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z podniesieniem ceny oferty przez Wykonawców.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 30

Prosimy o zmianę §11 ust. 1 pkt. 1)-3) poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 31

Prosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” wskazanego w § 12 ust. 1 pkt. 1) oraz § 12 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy na „zwłoki”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 32

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary zawartej w § 12, ust. 1 pkt. 3 z 10% do 5%.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 33

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów §12 ust. 1 pkt. 3) w zakresie odnoszącym się do §11 ust. 1 pkt 4), 5) i 6) jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszających również art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c. Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna ma charakter akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane jest ze zobowiązaniem, którego niewykonania, względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara umowna zwykle zastrzeżona jest w związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania głównego przedmiotu

ST/DZP/10/2016

umowy (np. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe lub jakościowe przedmiotu zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi. Kara umowna powiązana z naruszeniem zobowiązań dodatkowych, nie związanych z przedmiotem świadczenia, tak jak została ukształtowana przez Zamawiającego, nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem jest ona sprzeczna z istotą kary umownej wyrażoną w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 roku (Sygn.akt. KIO 2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, skład orzekający uznał, że kary umowne zastrzeżone przez Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a zatem tego rodzaju kary należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. „(...)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonego w art. 5 k.c., zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie kar umownych jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współzycia społecznego, przez co naruszają art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c. a więc są niezgodne z prawem.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż w §9 ust. 2, do którego powyższy zapis się odnosi, nie wskazuje informacji do których przedłożenia zobligowany jest Wykonawca.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ pkt 5 z dnia 05.07.2016 r.

Pytanie 34

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów §12 ust. 1 pkt. 4), wskazujemy, że w §9 ust. 2 nie jest wskazany obowiązek przedkładania jakichkolwiek informacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla pkt 4 § 12 umowy w brzmieniu: „2% łącznej ceny brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożenia informacji o której mowa w §9 ust. 2”

Pytanie 35

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej określonej w §12 ust. 1 pkt. 5) z 0,5% do 0,2%.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 36

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści §12 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 37

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §13 ust. 6 i nadanie mu brzmienia: „W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmianę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 05.07.2016 r.

Pytanie 38

ST/DZP/10/2016

Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odp. Zamawiającego: Na chwilę obecną cały majątek trwały wykazany w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność.

Pytanie 39

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby zakontraktowanych łóżek przez NFZ.

Odp. Zamawiającego: liczby zakontraktowanych łóżek przez NFZ: 245

Pytanie 40

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp. Zamawiającego: Powyższe dane zostają udostępnione na stronie Zamawiającego pod adresem: http://przetargi.gorno.eu/index.php?edit=t&id-dok=1000&przetarg_id=118

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wymaga, ze względu na duże gabaryty samochodu, niezależnego ogrzewania powietrznego w przedziale medycznym w celu utrzymania właściwej temperatury?

Odp. Zamawiającego: Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ.

Rozwiązanie dotyczące ogrzewania zostały zawarte w formularzu wymagań technicznych – Załącznik nr 3 SIWZ.

Pytanie nr 42

W punkcie 5d Formularza wymagań technicznych - opisującym zabudowę przedziału medycznego Zamawiający wymaga "lampy LED niebieskie, pulsacyjne (po dwie na każdym boku) na powierzchniach ścian bocznych pojazdu". Prosimy o wskazanie miejsce ich montażu (błotniki przednie, tylne, lusterka, itp.).

Odp. Zamawiającego: Mogą to być błotniki przednie, tylne, lusterka, itp.

Pytanie nr 43

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli poprzez dany wymóg: Wykonawca na swój koszt sprawuje nadzór serwisowy (pełna gwarancja – wliczona w cenę) nad Przedmiotem Umowy.

Odp. Zamawiającego: Zobowiązania gwarancyjne w tym przeglądy okresowe wliczone w cenę oferty w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 44

Prosimy o doprecyzowanie ilości miejsc siedzących w przedziale medycznym. W punkcie 1c Formularza wymagań technicznych Zamawiający wymaga 2 miejsc w przedziale medyczny oraz 1 miejsca leżącego. W punkcie 9m,n Zamawiający wymaga 3 miejsc siedzących oraz 1 miejsca leżącego. Podsumowując, Zamawiający wymaga dwóch foteli na prawej stronie przedziału medycznego, fotela na ścianie działowej (tyłem do kierunku jazdy) oraz 1 miejsca leżącego?

Odp. Zamawiającego: W pkt. 9n opis wymienia siedzenie składane na ścianie działowej. Natomiast pkt 9m mówi o 2 fotelach umieszczonych na stałe w przedziale medycznym. W sumie mamy więc 2 fotele stałe oraz jedno miejsce siedzące składane nie licząc leżącego.



DYREKTOR
mgr inż. Elżbieta Burzyńska

