

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

(Zamówienie publiczne poniżej 30 tys. EURO)

W niniejszym postępowaniu nie stosujemy ustawy PZP.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (RODO).

1. Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno.**

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu genetyki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne, 38.43.40.00-6 Analizatory.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zawiera Formularzach cenowy oraz formularz - Zestawieniu parametrów granicznych stanowiący odpowiednio załącznik nr 2A i 2B będących integralną częścią zapytania ofertowego. Wypełnione formularze Wykonawca składa wraz z ofertą.

2) Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowym oraz dzierżawę analizatora w ilości szt. 1 na okres 12 miesięcy.

3) Ilości wskazane w Formularzach cenowo – ofertowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkości podanej w Formularzu cenowym.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym (nie dotyczy dzierżawy analizatora), w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte niniejszą zapytaniem ofertowym. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. (Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości pacjentów leczonych na Oddziałach Zamawiającego. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości).

**Wykonawca winien:**

- a) realizować zamówienia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego,
- b) dostarczać przedmioty zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie, ul. Rzeszowska 5 w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,
- c) dostarczyć i zamontować w Laboratorium Zamawiającego analizator do badań genetycznych w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,
- d) do każdej dostawy dołączyć dokumenty potwierdzające nazwę - rodzaj, ilość/pojemność/wielkość, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy,
- e) dostarczony towar musi posiadać opis, a w szczególności nazwę, ilość, termin ważności do użycia.

- f) zagwarantować dostawę (transport) przedmiotów zamówienia do Zamawiającego, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta dla określonych przedmiotów zamówienia.
- g) zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego pełny, autoryzowany serwis gwarancyjny dzierżawionego analizatora, (w związku z tym wykonać wszystkie niezbędne przeglądy okresowe i naprawy zapewniające jego sprawność przez cały czas trwania umowy, łącznie z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi dotyczącymi analizatora niezbędnymi do wykonywania badań).
- h) w ramach ceny oferty przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników przeprowadzone w Laboratorium Zamawiającego po zainstalowaniu analizatora.
- i) dostarczyć wraz z dostawą analizatora instrukcję obsługi w języku polskim.

4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

5. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do 30.03.2020 r. do godz. 11<sup>00</sup> w Sekretariacie SPZZOZ „Sanatorium” ul. Rzeszowska 5, Pawilon Nr 5 w Górnie lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@gorno.eu.

6. Termin otwarcia ofert: 30.03.2020 r. do godz. 11<sup>10</sup> w SPZZOZ „Sanatorium” w świetlicy Pawilonu Nr 5 w Górnie.

7. Warunki płatności: przelew 30 dni.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Stanisław Zagaja tel. 17-7715388

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Treść oferty:

- 1) nazwa wykonawcy .....
- 2) adres wykonawcy .....
- 3) NIP .....
- 4) regon.....
- 5) nr rachunku bankowego .....
- 6) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
  - Cenę netto ..... zł (słownie złotych.....)
  - Podatek VAT ..... zł (słownie złotych.....)
  - Cenę brutto .....zł (słownie złotych .....

11. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

12. Opis kryteriów; Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena najniższej oferty /cenę oferty badanej x 100 pkt.

13. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy.

14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

---

\* Wypełnić jeżeli dotyczy

\*\* Wykreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

16. Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

17. W załączeniu projekt umowy (Załącznik Nr 1).

18. Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom<sup>1)</sup>:

.....

.....

Pozostałe części zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi.

Dnia .....

Pieczętka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

<sup>1)</sup> Wypełnić jeżeli dotyczy

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
mgr inż. Elżbieta Burzyńska



**Projekt umowy Nr ...- P/2020**

Zawarta w dniu ..... w Górnie pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnem, 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:  
Dyrektor zakładu - mgr inż. Elżbietę Burzyńską,  
Zwanym dalej Zamawiającym  
a: .....  
zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w procedurze zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn.: „**Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu genetyki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnem**” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu genetyki w ilościach, rodzajach i asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy /Formularz cenowy, formularz zestawienie parametrów granicznych / - stanowiącym integralną część tej umowy, a zwanym w dalszej części umowy towarem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym (nie dotyczy dzierżawy analizatora), w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte niniejszą umową. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości pacjentów leczonych na oddziałach Zamawiającego. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.
3. Wykonawca oświadcza, że analizator będący przedmiotem dzierżawy nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§ 2.

1. Strony określają wartość umowy na kwotę:  
Netto ..... (słownie: .....)  
VAT ..... (słownie: .....)  
Brutto ..... (słownie: .....)  
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy wraz z przygotowaniem i dostawą towaru do magazyn zamawiającego, dzierżawą aparatu oraz przeszkoleniem personelu, ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem § 12 ust. 1. lit. a) - b).

§ 3.

1. Wykonawca winien:
  - 1) Realizować zamówienia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
  - 2) Dostarczać przedmioty zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

- 3) Dostarczyć i zamontować w Laboratorium Zamawiającego analizator do badań genetycznych w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
  - 4) Do każdej dostawy dołączyć dokumenty potwierdzające nazwę - rodzaj, ilość/pojemność/wielkość, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy.
  - 5) Dostarczony towar musi posiadać opis, a w szczególności nazwę, ilość, termin ważności do użycia, przy czym termin ważności testów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
  - 6) Zagwarantować dostawę (transport) przedmiotów zamówienia do Zamawiającego, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta dla określonych przedmiotów zamówienia.
  - 7) Zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego pełny, autoryzowany serwis gwarancyjny dzierżawionego analizatora, w związku z tym wykonać wszystkie niezbędne przeglądy okresowe i naprawy zapewniające jego sprawność przez cały czas trwania umowy, łącznie z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi dotyczącymi analizatora niezbędnymi do wykonywania badań.
  - 8) W cenie oferty przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników przeprowadzone w Laboratorium Zamawiającego po zainstalowaniu analizatora.
  - 9) Dostarczyć wraz z dostawą analizatora instrukcję obsługi w języku polskim. Jej brak spowoduje rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy z zastosowaniem kar umownych.
2. Odbiór analizatora nastąpi protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy, potwierdzającym prawidłowe jego funkcjonowanie oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

#### § 4.

1. Wykonawca dostarczający odczynniki jest zobowiązany do zapewnienia pomocy merytorycznej przy wykonaniu i analizie wyników. Przez pomoc merytoryczną należy rozumieć wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z interpretacją uzyskanych wyników oznaczeń (np. wynik wątpliwy, itp.), wykonaniem testów na poszczególnych etapach.
2. Pomoc merytoryczna będzie udzielana Zamawiającemu w następujących formach: korespondencja elektroniczna – e-mail, konsultacje telefoniczne, a także w razie wystąpienia takiej konieczności konsultacje na miejscu u Zamawiającego.

#### § 5.

1. Dostarczany przez Wykonawcę towar a w szczególności odczynniki spełniać będą najwyższe wymogi jakościowe i technologiczne określone w Polskich Normach.
2. Wykonawca zapewnia, iż dostarczany towar jest wolny od wad.
3. Na towary objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji jakości. W razie dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia wady wymienić je na wolne od wad oraz pokryć spowodowane tym straty, wskazane przez Zamawiającego.
4. W przypadku nie dokonania dostawy w ustalonych terminach lub opóźnień w dostawach lub powtarzających się, nie odpowiadających jakościowo dostaw towaru Zamawiający może od umowy odstąpić.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
6. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  - za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub terminu o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- za opóźnienie w usunięciu awarii dzierżawionego aparatu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6.

1. Wykonawca lub autoryzowany przez Wykonawcę serwis dokonywać będzie w ramach umowy, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, zgodnie z instrukcją obsługi wydzierżawionego analizatora przeglądów serwisowych, napraw, dostaw i wymiany części zużywalnych.

2. Zgłoszenia awarii dokonywane będą przez Zamawiającego telefonicznie na podany przez Wykonawcę numer telefonu \_\_\_\_\_ i potwierdzane pisemnie (faks, poczta elektroniczna).

3. Wykonawca zobowiązany jest zareagować po zgłoszeniu awarii analizatora do 24 godzin w dni robocze od czasu telefonicznego zgłoszenia.

4. Wykonawca dokona usunięcia awarii analizatora w terminie 2 dni roboczych liczonych od czasu reakcji na zgłoszenie, o którym mowa w ust 3. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii analizatora w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze o takich samych parametrach technicznych i użytkowych celem zapewnienia ciągłości pracy Laboratorium.

5. W przypadku 3 – krotnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu analizatora Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na nowy, a w przypadku dalszej, powtarzającej się niesprawności analizatora uniemożliwiającej korzystanie z aparatu zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych wymiany reklamowanego aparatu na wolny od wad.

§ 7.

1. Wykonawca oświadcza, że:

a) oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w SIWZ,

b) odczynniki i analizator są wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211), spełniają wymagania zasadnicze oraz są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą zamówionych towarów kserokopie stosownych dokumentów dla odczynników i analizatora wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby:

- Deklarację zgodności - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

- Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do wyrobów, o których mowa w art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

3. Rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturą VAT po odbiorze przedmiotu umowy.

4. Fakturę należy wystawić na: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio; NIP: 814-00-02-902, Regon 000291747.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia towaru i faktury Zamawiającemu.

6. Czynsz za dzierżawę analizatora, płatny będzie po dostarczeniu faktury VAT za każdy miesiąc z dołu: 30 dni (słownie: trzydzieści), licząc od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

§ 8.

1. Zamawiający zobowiązuje się używać analizatora, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

2. Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy wynająć analizatora, ani oddać osobom trzecim do używania.

3. Zamawiający po upływie okresu na jaki umowa została zawarta – zwróci analizator w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji.

4. Zwrot analizatora zostanie dokonany na koszt Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania

§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia objętego niniejszą umową podwykonawcy. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy tj.:

..... (nazwa, siedziba, adres podwykonawcy, NIP, REGON, CEIDG, KRS) następującą część zamówienia:

3. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu towar dotyczący wyżej wymienionej części zamówienia wg cen określonych w załączniku do umowy, sporządzonym na podstawie formularza cenowego na daną część zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność prawną i finansową za realizację części zamówienia wykonywaną przez podwykonawcę. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.

5. Zamawiający nie dopuszcza dalszego zlecenia realizacji części zadania przez podwykonawcę.

6. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności opłacić należność dla podwykonawcy za wykonane przez niego zamówienie, na potwierdzenie czego - na żądanie Zamawiającego - doręczy Zamawiającemu dokumenty (np. potwierdzenie przelewu, pisemne oświadczenie podwykonawcy) potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający może powstrzymać się z płatnością faktury dla Wykonawcy za wykonane zamówienie objęte niniejszą Umową, do czasu wyjaśnienia powyższej okoliczności.

- powyższa treść ust. 2-7 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.

§ 10.

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.

§ 11.

Poza przypadkami wymienionymi w umowie oraz w kodeksie cywilnym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

- a) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
  - b) w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto,
2. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Klauzula informacyjna sporządzona na podstawie art 13 RPRiR(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zamawiający

Wykonawca



**Załącznik do umowy**  
**KLAUZULA INFORMACYJNA**

z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, woj. podkarpackie, NIP: 814-00-02-902, tel. (17) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (17) 77-28-968;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, jest Pan Jakub Stec, tel. 17/77 15 300 w. 370, e-mail: iod@gorno.eu
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu genetyki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres trwania postępowania, realizacji umowy i archiwizacji;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\* ;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\* ;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*\* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\* Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do ochrony praw.*

**FORMULARZ CENOWY**  
**Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu genetyki**

.....  
*(Pieczęć Nazwa Wykonawcy)*

| Lp.             | Nazwa oznaczenia  | Nazwa oznaczenia      | Nr katalogowy | Szacunkowa ilość oznaczeń na 12 m-cy | Ilość oznaczeń w jednym opakowaniu      | Ilość potrzebnych opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa opakowania brutto /zł/                             | Wartość brutto /zł/ (kol. 7 x kol. 8) |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1               | 2   | 3                     | 4             | 5                                    | 6                                       | 7                                     | 8   | 9                                     |
| 1               | Genetyczne testy do wykrywania bezpośrednio w materiale klinicznym DNA prątków gruźlicy wraz z oznaczeniem wrażliwości na rifampicynę.  |                       |               | 240                                  |   |                                       |   |                                       |
| <b>A. Razem</b> |   |                       |               |                                      |   |                                       |   |                                       |
| Lp.             | Nazwa   | Nazwa i rok produkcji |               |                                      | Cena dzierżawy za 1 miesiąc brutto w zł | Ilość miesięcy dzierżawy              | Wartość brutto w zł dzierżawy za okres 12 miesięcy (kol. 4 x kol.5) |                                       |
| 1               | 2   | 3                     |               |                                      | 4                                       | 5                                     | 6   |                                       |
| 2               | Analizator w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki wraz z komputerem i czytnikiem kodów kreskowych - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017 |                       |               |                                      |   | 12                                    |   |                                       |

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
|  | <b>B. Razem</b>           |  |
|  | <b>Razem Brutto (A+B)</b> |  |

*Uwaga:*

- 1. Ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Szacunkowa ilość oznaczeń zawiera szacunkową ilość badań.*
- 2. W przypadku braku numerów katalogowych należy wpisać nazwę/znak, które będą umieszczane na fakturze VAT.*

..... dn. ....  
Miejscowość

.....  
(podpis Wykonawcy)

## Załącznik nr 2B

## Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora do badań genetycznych

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW  | Wartość wymagana | W poniższej kolumnie należy potwierdzić wymagania minimalne zawarte w kolumnie 2 poprzez <b>wpisanie słowa TAK (oraz w zależności od wartości wymaganej podać/opisać wartość oferowaną)</b> |
|-----|--|------------------|---|
| 1   | 2  | 3                | 4   |
| 1   | Analizator w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki wraz z komputerem i czytnikiem kodów kreskowych- fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017 | Tak              |   |
| 2   | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych.   | Tak              |   |
| 3   | System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej.  | Tak              |   |
| 4   | System z możliwością wykonania pojedynczej próbki.   | Tak              |   |
| 5   | System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora.                          | Tak              |   |
| 6   | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA.  | Tak              |   |
| 7   | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji.   | Tak              |   |
| 8   | Każdy test zawiera kontrolę wewnętrzną.  | Tak              |   |
| 9   | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium.  | Tak              |   |
| 10  | Wynik gotowy do interpretacji.   | Tak              |   |
| 11  | Wszystkie genetyczne testy diagnostyczne kompatybilne z aparatem; wykonywane bezpośrednio z materiałów klinicznych pobranych od pacjenta. Czas trwania badania 0,5 do 2 godz.      | Tak              |   |

..... dn. ....  
Miejscowość

.....  
(podpis Wykonawcy)