

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im Jana Pawła II w Górnio
36-051 Górno, woj. podkarpackie, powiat Rzeszów.
REGON: 000291747 NIP: 814-00-02-902
tel. (17) 77-15-300, fax (17) 77-28-968
e-mail: biuro@gorno.eu
<http://www.gorno.eu>

(ST/DZP/03/2014)

Wyjaśnienia do SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie w odpowiedzi na otrzymane w dniu 27 marca 2014 r. zapytania dot. przetargu nieograniczonego na dostawę leków (ozn. ST/DZP/03/2014) zamawiający przekazuje wyjaśnienia do siwz.

Zapytanie dotyczące Zadania Nr 2 (Załącznik Nr 2B)

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 5 poz. 1, 2, 3, 4 i 5 nazw własnych testów paskowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi, informujemy że testy paskowe danej marki są dedykowane i kompatybilne wyłącznie z glukometrem tej samej marki, niemożliwe jest więc złożenie oferty konkurencyjnej w stosunku do pasków określonych marek, co faworyzowałoby konkretnych producentów pasków oraz ograniczało konkurencję asortymentową. Prosimy aby Zamawiający w trosce o wybór jak najkorzystniejszej cenowo oferty, działając zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) oraz kierując się interesem publicznym, dopuścił do udziału w przetargu w w/w pakietach testy paskowe konkurencyjne (wraz z przekazaniem lub użyczeniem kompatybilnych glukometrów w formie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres pomiaru 10-900mg/dl, możliwy rodzaj badanej próbki: krew kapilarna, żylna i tętnicza, czas pomiaru 5s, wielkość próbki 0,5ul, auto-coding, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013? Dopuszczenie oferty konkurencyjnej w okresie dynamicznego spadku cen pasków pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oszczędności i jeszcze lepsze utrzymywanie dyscypliny finansów publicznych, ponadto do zaoferowanego sprzętu zapewniamy gwarancję oraz pełny i bezpłatny serwis w trakcie trwania całej umowy przetargowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP.