

Górno, dn. 24.12.2013 r.

ST/DZP/14/2013

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II
W Górnie, 36-051 Górno

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ST/DZP/14/2013) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

Na podstawie otrzymanych zapytań zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Dotyczy Zadania Nr 1

Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuszcza:

Poz. 77 worek kolostomijny, otwarty, beżowy, rozmiar do docięcia 10-76mm

Poz. 78 worek kolostomijny zamknięty z filtrem, beżowy, rozmiar do docięcia 10-76mm

Poz. 79 worek urostomijny z zastawką zapobiegającą cofaniu się moczu z zaworem pakowany po 30 sztuk w opakowaniu handlowym

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie Nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 77,78 oraz 79 z zadania I i utworzenie dla nich oddzielnego pakietu co umożliwi składanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie Nr 3. Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne i urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie Nr 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie Nr 5. Czy Zamawiający dopuszcza aby zapłata za dostarczony towar nastąpiła w okresie do 60 dni od daty złożenia zamówienia? W przypadku naszej firmy w systemie po wprowadzeniu zamówienia z automatu generuje się faktura VAT, która nalicza ermin płatności od momentu jej powstania czyli w większości przypadków jest to ten sam dzień wprowadzenia zamówienia. Niestety

dopiero w przyszłości po nowym roku nastąpi zmiana w systemie. Czy Zamawiający póki co dopuści taką możliwość?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie 6 - dotyczy zadania nr 1 poz. 23-25

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane z FEP?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane zgodnie Certyfikatem CE.

Pytanie 7 - dotyczy zadania nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający wymaga kaniuli o rozmiarze G18 (1,2x38 mm)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie wymiary.

Pytanie 8 - dotyczy zadania nr 1 poz. 24

Czy Zamawiający wymaga kaniuli o rozmiarze G20 (1,0x32 mm)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie wymiary.

Pytanie 9 - dotyczy zadania nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający wymaga kaniuli o rozmiarze G22 (0,8x25 mm)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie wymiary.

Pytanie 10 - dotyczy zadania nr 1 poz. 23-25

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu kaniuli zawarta była informacja o rozmiarze kaniuli (średnica i długość w milimetrach), informacja o przepływie kaniuli w ml/min oraz informacja o zastosowanym materiale?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane zgodnie Certyfikatem CE.

Pytanie 11 - dotyczy zadania nr 1 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do leków pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 448 op.?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie 12 - dotyczy zadania nr 1 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści maski ochronne z włókniny trzywarstwowe?

Odp. Zamawiającego:

Tak, ale pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 13 - dotyczy zadania nr 1 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne pakowane po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie 14 - dotyczy zadania nr 1 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne z trzonkiem pakowane po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie 15 - dotyczy zadania nr 1 poz. 67

Czy Zamawiający ma na myśli szczoteczkę cytologiczną okrągłą z wyoblonym zakończeniem czy płaską typu „miotelka”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje szczoteczki cytologicznej płaskiej typu miotelka.

Pytanie 16 - dotyczy zadania nr 1 poz. 71

Czy Zamawiający dopuści torebki samoprzylepne do sterylizacji parą wodną o wymiarze 90mm x 250mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie 17 - dotyczy zadania nr 1 poz. 75

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do preparatów cytologicznych o pojemności 250ml?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 18 – dotyczy zadania nr 1 poz. 86

Czy Zamawiający dopuści żel do EKG w opakowaniach 250 g z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 24 szt.?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 19 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2 i 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu aparatów do żywienia dojelitowego i utworzenie pakietu producenckiego, co pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.