

Górno, dn. 30.12.2013 r.

ST/DZP/14/2013

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II
W Górnicy, 36-051 Górno

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ST/DZP/14/2013) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnicy

Na podstawie otrzymanych zapytań zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Dotyczy Zadania Nr 1

Pakiet 1, pozycja 2-3, 35, 77-79, 84

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point w rozmiarze 25G/90mm?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 23-25

Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane a'100szt, z podaniem ceny za 1 sztukę i przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 26

Czy Zamawiający ma na myśli kaniule bezpieczne wyposażone w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli kaniule bezpieczne zapobiegające przed zakłuciem podczas użytkowania.

Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści papier EKG w rozmiarze 112mmx20mb?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ

Pakiet 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści papier USG w rozmiarze 112mm x 20mb?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 54

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji przyrządów „motylek” pakowanych a"1 00 szt.

z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 70

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji termometrów o dokładności pomiaru $\pm 0.05C$

między $34.00^{\circ}C$ a $42.00^{\circ}C$ i $\pm 0.1C$ poniżej $34.00^{\circ}C$ i ponad $39.00^{\circ}C$?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 82

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne typu Cusco?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy Zadania Nr 2

Dotyczy poz. Nr 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane a'200szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Dotyczy poz. Nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy poz. Nr 1. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy poz. Nr 1. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy poz. Nr 2. Czy Zamawiający wymaga rękawic chirurgicznych pudrowanych czy bezpudrowych?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękawice zarówno pudrowane jak i bezpudrowe.

Dotyczy poz. Nr 3. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy poz. Nr 3. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy poz. Nr 4. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.