

Górno, dn. 16.02.2015 r.

ST/DZP/02/2015

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II  
W Górnie, 36-051 Górno

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ST/DZP/02/2015) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie*

**Na podstawie otrzymanych zapytań zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

### **Dotyczy Zadania Nr 1**

**Pytanie Nr 1.** Czy Zamawiający miał na myśli w Zadaniu Nr 1 poz. 72 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadaniu Nr 1 poz: 72 ? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi stworzenie jednej grupy asortymentowej oraz wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 3.** Zadanie 1, pozycja 2-3, 46-47, 51, 81-84

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 4.** Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści dren do długości 210cm?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 5.** Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 7,0mm lub 5,6mm?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 6.** Zadanie 1, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112mm x 25mb?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem.*

**Pytanie Nr 7.** Zadanie 1, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści papier USG w rozmiarze 110mm x 20mb?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem.*

**Pytanie Nr 8.** Zadanie 1, pozycja 65, 67-69

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 9.** Zadanie 1, pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 11ml?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 10.** Zadanie 1, pozycja 68

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 22ml?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 11.** Zadanie 1, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,5ml?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 12.** Zadanie 1, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem ilości.*

**Pytanie Nr 13.** Zadanie 1, pozycja 75

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji termometrów o dokładności pomiaru  $\pm 0.05C$

między  $34.00^{\circ}C$  a  $42.00^{\circ}C$  i  $\pm 0.1C$  poniżej  $34.00^{\circ}C$  i ponad  $39.00^{\circ}C$ ?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 14.** Zadanie 1, pozycja 85

Czy Zamawiający dopuści wziernik typu Cusco?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 15.** Zadanie 1, pozycja 83

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 16.** Zadanie 1, pozycja 84

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik pakowany a'480sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem. Ilości.*

**Pytanie Nr 17** - dotyczy zadania nr 1 poz. 26-28

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane z FEP?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 18** - dotyczy zadania nr 1 poz. 26

Czy Zamawiający wymaga kaniuli o rozmiarze G18 (1,2x38 mm) o przepływie 90 ml/min?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 19** - dotyczy zadania nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający wymaga kaniuli o rozmiarze G20 (1,0x32 mm) o przepływie 57 ml/min?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 20** - dotyczy zadania nr 1 poz. 28

Czy Zamawiający wymaga kaniuli o rozmiarze G22 (0,8x25 mm) o przepływie 33 ml/min?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 21** - dotyczy zadania nr 1 poz. 26-28

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu kaniuli zawarta była informacja o rozmiarze kaniuli (średnica i długość w milimetrach), informacja o przepływie kaniuli w ml/min oraz informacja o zastosowanym materiale?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 22** - dotyczy zadania nr 1 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści maski ochronne z włókniny trzywarstwowe?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 23** - dotyczy zadania nr 1 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne pakowane po 12 sztuk?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem ilości.*

**Pytanie Nr 24** - dotyczy zadania nr 1 poz. 41

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne z trzonkiem pakowane po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem ilości.*

**Pytanie Nr 25** - dotyczy zadania nr 1 poz. 79

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do preparatów cytologicznych o pojemności 250ml lub 150 ml?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem ilości.*

**Pytanie Nr 26** - dotyczy zadania nr 1 poz. 83

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik biologiczny fiolkowy do sterylizacji para wodną pakowany po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem ilości.*

**Pytanie Nr 27** - dotyczy zadania nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający wymaga igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point 24G/90, fioletową, z igłą prowadzącą 20G/38mm?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 28** - dotyczy zadania nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli dożylniej z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w kapilary zabezpieczające przed rozpryskiem krwi, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, port z samodomykającym się korkiem, bez DEHP, bez lateksu, op. 50 szt?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 29** - dotyczy zadania nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający ma na myśli kaniule 20G (1,1x32) o przepływie 67 ml/min.?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 30** - dotyczy zadania nr 1 poz. 59

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0 do min. 300 ml/h, który wyposażony jest w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji, zacisk rolkowy, bez lateksu, z łącznikiem luer-lock?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 31** - dotyczy zadania nr 1 poz. 60

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażonego w regulator z bezpiecznym dodatkowym otworem na igłę biorczą po zakończonej infuzji?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 32** - dotyczy zadania nr 1 poz. 51

Prosimy o podanie modelu ssaka i pojemności pojemnika wielorazowego użytku jaki należy zaoferować.

**Odp. Zamawiającego:**

*Pojemnik – butla kompletny z zakrętką o pojemności 1litr, typ ASKIR 30.*

**Pytanie Nr 33** - dotyczy zadania nr 1 poz. 51

Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik-butlę czy plastikowy wkład do pojemnika?

**Odp. Zamawiającego:**

*Pojemnik – butla kompletny z zakrętką o pojemności 1litr, typ ASKIR 30.*

**Pytanie Nr 34** - dotyczy zadania nr 1 poz. 14

Prosimy o podanie modelu ssaka do którego należy zaoferować filtr.

**Odp. Zamawiającego:**

*Ssak typ ASKIR 30.*

**Pytanie Nr 35** - dotyczy zadania nr 1 poz. 43

Czy Zamawiający ma na myśli papier do EKG do aparatu Ascard A4 (112x25mb)?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem ilości.*

**Pytanie Nr 36** - dotyczy zadania nr 1 poz. 65, 67, 68, 69

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o nominalnej skali 2ml, 5ml, 10ml, 20ml?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 37** - dotyczy zadania nr 1 poz. 65, 67, 68, 69

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z mlecznym tłokiem i kontrastującą czarną skalą?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

## **Dotyczy Zadania Nr 2**

**Pytanie Nr 1.** Bardzo proszę o dopuszczenie w poz. 2 rękawic chirurgicznych pudrowanych AQL0,65.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 rękawice lateksowe w kolorze transparentnym.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 3.** Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 4 dotyczy Pakiet 2 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic teksturowanych jedynie na opuszkach palców. Oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 5 dotyczy Pakiet 2 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji :

Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane, taksturowane, jasno kremowe, jałowe. Odpowiadają

Podstawowym Wymaganiom zawartym w Dyrektywie 93/42/EEC. Zgodne z normą europejską EN-455 oraz aktualnymi ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003. Zawierają zaakceptowaną przez FDA skrobień kukurydzianą o właściwościach absorpcyjnych. AQL-1,0. Rozmiar 7,5 x 50 par.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 6 dotyczy Pakiet 2 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic w kolorze naturalnego lateksu. Zgodne z normą europejską EN-455 oraz aktualnym ISO 9001:2008. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 7 dotyczy Pakiet 2 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic w kolorze transparentnym. Zgodne z normą europejską EN-455 oraz aktualnym ISO 9001:2008. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak..*

**Pytanie Nr 8 dotyczy Pakiet 2 poz. 2,3,4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z QSR (GMP) - Dobra Praktyka Produkcyjna stosowana jest w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Nie ma zatem zasadności takiego wymogu przy rękawicach medycznych.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 9.** Zad. 2, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane tylko na palcach?

**Odp. Zamawiającego:**

*Tak.*

**Pytanie Nr 10** Zad 2, poz. 2,3: czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania zgodności z normami QSR (GMP) oraz od zaakceptowanej przez FDA skrobi kukurydzianej?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 11** Zad. 2, poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękawice o AQI=0,65

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 12** Zad 2 , poz. 3: czy Zamawiający dopuści rękawice chropowate na palcach?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 13** Zad 2 , poz. 4: czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania zgodności z normami QSR (GMP)?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 14** Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

### **Dotyczy zapisów umowy:**

#### **Pytanie Nr 1**

- a. Dot. § 6 ust. 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?
- b. Dot. § 6 ust. 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
- c. Dot. §6 ust. 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego na czas towaru?
- d. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

#### **Pytanie Nr 2 Projekt umowy - §6 ust. 4**

Prosimy o wpisanie do umowy zapisu dotyczącego czasu na rozpatrzenie reklamacji i wymianę wadliwego towaru: 3 dni robocze na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni robocze na wymianę towaru po uznaniu reklamacji Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

#### **Pytanie Nr 3 Projekt umowy - §6 ust. 7**

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 4 Projekt umowy - §6 ust. 7**

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru liczony zgodnie z ww. paragrafem umowy.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 5 Projekt umowy - §6 ust. 8**

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

**Pytanie Nr 1 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby do oferty dołączyć oświadczenie, że wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki dopuszczenia go do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (certyfikat CE lub Deklarację zgodności CE producenta o spełnieniu wymagań zasadniczych dla oferowanego przedmiotu zamówienia lub wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych), zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i przepisy wykonawcze do tej ustawy) i zobowiązanie, że przedłoży je po wygraniu przetargu przed podpisaniem umowy lub na każde wezwanie Zamawiającego?

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 2 SIWZ - §9 pkt. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia o posiadanych dokumentach dopuszczających do obrotu wraz ze zobowiązaniem dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pytanie Nr 3 SIWZ - §14 pkt. 10**

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia w ofercie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, które nie będzie przygotowane przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z §6 ust. 4 Rozporządzenia PRM z dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane - dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuści takie tłumaczenie.*