

Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**WYJAŚNIENIA SIWZ  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  
(ST/DZP/7/2018)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia wyjaśnienia wraz z pytaniami dotyczące treści SIWZ:

**I. Dotyczy części nr 1 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku**

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 50 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiającego: TAK**

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 14

Prosimy o podanie modelu ssaka do którego należy zaoferować filtr.

**Odp. Zamawiającego: ASKIR 30**

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje igieł do portów Hubera ?

**Odp. Zamawiającego: TAK**

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów do przygotowania i pobierania leków z butelek, fiolek typu Mini-Spike bez zastawki, ze szczelną zatyczką zabezpieczającą łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kołec barwny kod produktu – zielony?

**Odp. Zamawiającego: TAK**

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 27-29

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane z materiału FEP (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym)?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli o rozmiarze G18 (1,2x38 mm) o przepływie 90 ml/min?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 28

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli o rozmiarze G20 (1,0x32 mm) o przepływie 57 ml/min?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 29

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli o rozmiarze G22 (0,8x25 mm) o przepływie 33 ml/min?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 27-29

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu kaniuli zawarta była informacja o rozmiarze kaniuli (średnica i długość w milimetrach), informacja o przepływie kaniuli w ml/min oraz informacja o zastosowanym materiale?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do leków pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem oczekiwanej ilości tj. 667 pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści maski ochronne z włókniny trzywarstwowe powszechnie stosowane?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 57

Czy Zamawiający oczekuje pojemników na zużyte igły, wykonane z materiału odpornego na przekłucia, nieprzemakalne, szczelnie zamykane, z otworem umożliwiającym zdjęcie igły ze strzykawki, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywką zabezpieczającą pojemnik (nie wisząca pokrywka)?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 66

Czy Zamawiający dopuści przyrząd motylek pakowany po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 4 op.?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 67

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu w postaci tarczy (możliwość obsługi 1 ręką) w zakresie od 0 do minimum 300 ml/h, posiadającym bezłateksowy port do dodatkowej iniekcji?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 89

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do preparatów cytologicznych o pojemności 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej tj. 3 szt.?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków kolostomijnych otwartych z otworem 20 – 60mm?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków kolostomijnych zamkniętych, z filtrem, z otworem 20 – 60mm?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 95

Czy Zamawiający dopuści powszechnie stosowane wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku typ Cusco?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 97

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do lewatywy wyposażony w kankę z ogranicznikiem głębokości?

**Odp. Zamawiającego:** TAK

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 106

Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie filtrów należy wycenić?

**Odp. Zamawiającego:** WYCENA ZA SZT. (OP = SZT)

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 107

Prosimy o informację co ma zawierać komplet rur do respiratora, czy ma być jednorazowy czy wielorazowy, jakiej długości rur Zamawiający oczekuje oraz jakie ma posiadać złącza oraz jaki ewentualny worek?

**Odp. Zamawiającego:** JEDNORAZOWY OBWÓD PASYWNY DLA OSOBY DOROSŁEJ, BEZ SKRAPLACZA PRZEWÓD OBWODU 22MM.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 111

Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie nebulizatorów należy wycenić?

**Odp. Zamawiającego:** WYCENA ZA SZT. (OP = SZT)

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 112

Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie łączników należy wycenić?

**Odp. Zamawiającego:** ŁĄCZNIK PRZEJŚCIOWY ZA SZT. ŁĄCZNIK MARTWA PRZESTRZEŃ 25 SZT. W OPAKOWANIU.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 115

Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie przedłużaczy należy wycenić?

**Odp. Zamawiającego:** WYCENA ZA SZT. (OP=SZT)

Pytanie:

Załącznik nr 2a, poz 54- Czy zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły i drobny sprzęt medyczny o poj. 0,25 l, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 2a, poz 59- Czy zamawiający dopuści pojemnik próbek śluzu o poj. 40-75 ml ?

**Odp. Zamawiającego:** **Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Załącznik nr 2a, poz 95 - Czy zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny Cusco 1 x uż, jałowy , rozmiar średni?

**Odp. Zamawiającego:**

TAK.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wydzieli poz.2,313,24,25,32,33,36,37,38,40,4142,44,45,46,61,71,79,83,89,90,95,97 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu tj. Części nr 5. Wprowadzone zmiany zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wydzieli poz.1,67,68,115 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu tj. Części nr 6. Wprowadzone zmiany zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r.

**II. Dotyczy części nr 2 – rękawice jednorazowego użytku**

Pytanie - dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe polimeryzowane na zewnątrz i chlorowane od wewnętrznej strony, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiającego:

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ**

Pytanie - dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane z poziomem protein < 83ug/g, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiającego:

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ**

Pytania:

**Dotyczy zadania 2 poz. 1**

Ad. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm.

**Odp. Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Ad. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu informacji na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji – etanolu i izaopropanolu i dopuszczenie rękawic posiadających badania wg EN 374-3 na co najmniej 10 substancji chemicznych na poziomie min 4 i dodatkowo posiadające badania na preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu zgodnie z normą EN 16523-1. Wyniki potwierdzone raportem z badania wykonanym w niezależnym laboratorium badawczym.

**Odp. Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Ad. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Dotyczy zadania 2 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości 287 mm dla rozmiaru 7.5. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Dotyczy zadania 2 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w opisie powyższej pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej i czy miał na myśli poziom AQL – nie większy niż 1.5. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

**Dotyczy Część nr 2, poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic chlorowanych w miejsce polimeryzowanych wewnątrz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

4. Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności z normą EN 455 wystawionego przez producenta rękawic.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5. Prosimy o odstąpienie od wymogu informacji o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu - na opakowaniu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

6. Dotyczy Część nr 2, poz. 1,3,4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu. W tym celu zostaje utworzona część nr 8 zawierająca pozycję nr 2 z dotychczasowego pakietu. Wprowadzone zmiany zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r.

## **Pytania ogólne**

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 21 z Części 1 oraz pozycji 23 z Części 3 i utworzenie z nich odrębnego wspólnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) czy bezpiecznych nakłuwaczy faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu tj. Części nr 7. Wprowadzoną zmianę zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r.

*Uwaga:*

*Po dokonanych zmianach w pakietach, przegrupowaniach i wydzieleniu nowych części zamówienia, liczba porządkowa danego sprzętu z dawnego formularza cenowego nie uległa zmianie. Zabieg taki powinien usprawnić identyfikację poszczególnych pozycji (sprzętowych) w związku Państwa pytaniami i udzielonymi do nich wyjaśnieniami przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany uwzględnia modyfikacja oraz ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r.*