

**Znak sprawy:** ST/DZP/21/2019

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM”  
im. Jana Pawła II w Górnym  
30-051 Górnio, pl. Piłsudskiego 5  
tel 17 771 53 00, fax 772 81 49  
NIP 814 00-02-902, REGON 00128 71 11 1

Górnio, dn. 30.10.2019 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
z dnia 30.10.2019 r. w przetargu nieograniczonym na:**

**Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnym w ramach inwestycji  
pn. „Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ  
„Sanatorium” w Górnym z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń  
technicznych dla gazów medycznych”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Dot. Część nr 3 pkt 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością przenoszenia danych do komputera poprzez kartę SD?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**Pytanie 2**

Dot. Część nr 3 pkt 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które dobiera protokół wyładowań właściwy dla danego pacjenta na podstawie wykrytej oporności?

Przy 50 omach założony jest przekrój 300J – 350 J – 360 J.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**Pytanie 3**

Dot. Część nr 3 pkt 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem LSD o rozdzielczości 240 x 320 pikseli?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**Pytanie 4**

Dot. Część nr 3 pkt 26

Prosimy o doprecyzowanie ile osób weźmie udział w szkoleniu?

**Odp. Zamawiającego:**

W szkoleniu weźmie udział grupa około 10 osób.

**DYREKTOR**  
mgr inż. Elżbieta Burzyńska