

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**ZMIANA TREŚCI SIWZ
z dnia 09.10.2020 r. w przetargu nieograniczonym
na dostawę sprzętu medycznego**

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ w zakresie:

1. Treść SIWZ w pkt 9. Opis sposobu przygotowania oferty - ppkt 9.14 w dotychczasowym brzmieniu:

„9.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:

Oferta w przetargu na dostawę sprzętu medycznego.

Znak postępowania **ST/DZP/16/2020**

Nie otwierać przed dniem **14.09.2020 r. godz. 11:10**

”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

”

9.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:

Oferta w przetargu na dostawę sprzętu medycznego.

Znak postępowania **ST/DZP/16/2020**

Nie otwierać przed dniem **16.10.2020 r. godz. 10:10**

”

2. Treść SIWZ w pkt 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - ppkt 10.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„**10.1.** Oferty należy składać do dnia **14.10.2020 r. do godziny 11:00** w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„10.1. Oferty należy składać do dnia 16.10.2020 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnicy, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.”

3. Treść SIWZ w pkt 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – ppkt 10.3 w dotychczasowym brzmieniu:

„10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godzinie 11:10 w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnicy, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej.”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.10.2020 r. o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnicy, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej.”

4. Treść SIWZ w pkt 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – ppkt 10.4 w dotychczasowym brzmieniu:

„10.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„10.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Z uwagi na wprowadzony z dniem 20 marca 2020 r. stan epidemii, z czynności otwarcia ofert przeprowadzona zostanie internetowa transmisja na żywo. Poniżej znajduje się link do kanału, na którym będzie można obejrzeć transmisję z otwarcia ofert:

<https://youtu.be/Vsr1Y1bCGIE>

5. Dotychczasowa treść OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 3

– pkt 7 w brzmieniu:

7	Wymiary wózka w przedziałach: dł.: 750-850mm, szer.: 490-550mm, wys. blatu: 900-1100mm	Tak, podać	
---	--	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

7	Wymiary wózka w przedziałach: dł.: 750-850mm, szer.: 490-570mm, wys. blatu: 900-1100mm	Tak, podać	
---	--	------------	--

6. Dotychczasowa treść OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 4

– pkt 4 w brzmieniu:

4	Podstawa wózka w kształcie litery C oraz przesuw poprzeczny leża stwarzające dogodne warunki dla pełnego dostępu ramienia C	Tak	
---	---	-----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

4	Podstawa wózka w kształcie litery C oraz przesuw poprzeczny leża stwarzające dogodne warunki dla pełnego dostępu ramienia C lub podstawa wózka oparta na dwóch kolumnach stwarzając dogodne warunki dla dostępu ramienia C (za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn) lub wózek w którym okno do monitorowania ramieniem C wynosi 165x60cm, co zapewnia optymalne warunki dla dostępu ramienia C, bez konieczności stosowania przesuwu poprzecznego leża	Tak, podać	
---	--	------------	--

- pkt 5 w brzmieniu:

5	Leże dwusegmentowe	Tak	
---	--------------------	-----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

5	Leże min. dwusegmentowe	Tak, podać	
---	-------------------------	------------	--

- pkt 6 w brzmieniu:

6	Naroża wózka wyposażone są w chromowane odboje.	Tak	
---	---	-----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

6	Naroża wózka wyposażone są w chromowane lub tworzywowe lub gumowe odboje.	Tak, podać	
---	---	------------	--

- pkt 9 w brzmieniu:

9	Wszystkie cztery koła blokowane centralnie.	Tak	
---	---	-----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

9	Wszystkie cztery koła blokowane centralnie lub wózek dwiema blokadami kół. Oddzielna blokada kół przednich i oddzielna blokada kół tylnych regulowane pedałami nożnymi	Tak, podać	
---	--	------------	--

- pkt 10 w brzmieniu:

10	Wymiary: dł. od 220 do 235cm, szer. od 78 do 85cm, Regulacja wysokości w zakresie min. od 60 do 85cm	Tak, podać	
----	--	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

10	Wymiary: dł. od 206 do 235cm, szer. od 77 do 85cm, Regulacja wysokości w zakresie min. od 65 do 85cm	Tak, podać	
----	--	------------	--

7. Dotychczasowa treść OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 6

- pkt 4 w brzmieniu:

4	Długość wysięgnika w stanie złożonym: 700mm (+/- 10mm)	Tak, podać	
---	--	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

4	Długość wysięgnika w stanie złożonym od 690mm do 900mm	Tak, podać	
---	--	------------	--

8. Dotychczasowa treść OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 7

- pkt 3 w brzmieniu:

3	średnica podstawy w zakresie: 600 - 650mm	Tak, podać	
---	---	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

3	średnica podstawy w zakresie: 550 - 650mm	Tak, podać	
---	---	------------	--

- pkt 4 w brzmieniu:

4	regulacja wysokości w zakresie min. 1350 – 2200 mm	Tak, podać	
---	--	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

4	regulacja wysokości w zakresie min. 1350 – 2100 mm	Tak, podać	
---	--	------------	--

9. Dotychczasowa treść OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 9

- pkt 2 w brzmieniu:

2	Wózek uniwersalny, stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej	Tak	
---	--	-----	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

2	Wózek uniwersalny, stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej lub stelaż z profili zamkniętych min. 25x25mm ze stali kwasoodpornej	Tak, podać	
---	---	------------	--

- pkt 3 w brzmieniu:

3	Koła o średnicy 55 mm (+/-5mm), w tym dwa z blokadą	Tak, podać	
---	---	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

3	Koła o średnicy od 50mm do 100mm, w tym dwa z blokadą	Tak, podać	
---	---	------------	--

- pkt 5 w brzmieniu:

5	Wymiary całkowite: dł. 740mm, szer. 400mm, wys. 950 mm (+/-10mm)	Tak, podać	
---	--	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

5	Wymiary całkowite: dł. od 730mm do 770mm, szer. od 400mm do 480mm, wys. od 880 do 960mm	Tak, podać	
---	---	------------	--

- pkt 6 w brzmieniu:

6	Wymiar blatu: dł. 630mm, szer. 400 mm (+/-10mm)	Tak, podać	
---	---	------------	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

6	Wymiar blatu: dł. od 620mm do 650mm, szer. od 390mm do 410 mm.	Tak, podać	
---	--	------------	--

10. Dotychczasowa treść SIWZ **Rozdział 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW** pkt 4 w brzmieniu:

„4. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:

40 dni – część nr 1,

21 dni – części nr 2 – 9.”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:

40 dni – część nr 1, 4, 6-7 i 9

21 dni – części nr 2-3, 5, 8.”

DYREKTOR
mgr inż. Elżbieta Burzyńska



