

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie (ST/DZP/19/2020).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1, dotyczy części nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie napalcowego pulsoksymetru z bluetooth, wyposażonego w technologię Masimo Signal Extraction Technology® (SET®), pomiar przy niskiej perfuzji, obręczką kończyn, zimnymi kończynami a także pacjentom pobudzonym i w ruchu, dla pacjentów powyżej 30 kg, z kolorowym i obrotowym wyświetlaczem LED, w rozmiarze 3,3 cm, z zakresem pulsu 25-240 bpm, i dokładnością pulsu w tym zakresie u pacjentów w ruchu 5 bpm, u pacjentów bez ruchu i przy niskiej perfuzji 3 bpm, o wymiarach 7,5 cm x 4,0 cm x 3,0 cm i wadze z bateriami 73 g.

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, dotyczy części nr 5

Ponieważ pomiar saturacji polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego z niską wartością wysycenia żylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów, czy Zamawiający ma na myśli technologię saturacji, która eliminuje puls żylny, dzięki czemu wykazuje minimum 97 % prawdziwych alarmów i eliminuje minimum 95 % fałszywych alarmów, (potwierdzone niezależnymi badaniami Klinicznymi)?

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dotyczy części nr 5

Czy Zamawiający oczekuje dodatkowych parametrów w postaci PVI – stopień nawodnienia pacjentów i RRp – ilość liczonych oddechów, pozwalających na dodatkowe monitorowanie parametrów u pacjentów podczas Covid-19.

Odp.

Wymagania zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
mgr inż. Elżbieta Burzyńska



Pytanie 4, dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §8 ust. 1.1 do 10% wysokości umowy brutto?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 5, dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §8 ust. 1.2 do 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.


DYREKTOR
mgr inż. Elżbieta Burzyńska