

Górnio, dnia 10.10.2016 r.

Zamawiający:  
**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”  
im. Jana Pawła II w Górnio  
36-051 Górnio, ul. Rzeszowska 5,**

Dotyczy: DOSTAWA VIDEOBROCHOSKOPU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio  
Nr Sprawy ST/DZP/19/2016

### 1. WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców na podstawie art. 38 ustawy Pzp Zamawiający  
udziela wyjaśnień do treści SIWZ

Pytanie:

1. Czy zaszła omyłka i oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 5 do  
SIWZ) powinno zaczynać się od str. 17 (czy 16 str. jest omyłkowo załączona do SIWZ)?

Jeśli nie -, prosimy o doprecyzowanie oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ (str. 16) o  
zapis „(...) z innymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu”, bowiem tylko takie  
oświadczenie ma znaczenie w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

2. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,4% wynagrodzenia  
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „(...) ale nie więcej niż 10% wynagrodzenia  
umownego brutto”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 1 pkt. 3)

Czy ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia jest wysokospecjalistyczny sprzęt  
medyczny Zamawiający wyrazi zgodę, aby wyznaczony termin na naprawę gwarancyjną  
wynosił min. 5 dni roboczych oraz min. 12 dni roboczych w przypadku konieczności  
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Prosimy również o doprecyzowanie i dodanie zapisu, że „w przypadku dostarczenia sprzętu  
zastępczego na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych, kara za opóźnienie w  
wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie zostanie naliczona”

Odp. Zamawiającego:

Tak Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że na czas naprawy przekraczającej 5 dni  
roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż  
oferowany. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy

przekraczającej 5 dni roboczych, kara za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie zostanie naliczona.

Pkt.2: Czy Zamawiający dopuści video bronchoskop z własnym procesorem obrazu pracującym w systemie HD?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża takiej zgody. W niniejszym postępowaniu nie zostały określone parametry techniczne toru wizyjnego a zaproponowane rozwiązanie systemu pracy w samej tylko jakości HD jest niewystarczające. Niemniej jednak istnieje możliwość dopuszczenia video bronchoskopu z własnym torem wizyjnym ale o odpowiednich zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego parametrach technicznych.

Pkt.5: Czy Zamawiający dopuści video bronchoskop z minimum dwoma programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pkt.11: Czy Zamawiający dopuści zawór ssący wymienny, jednorazowy, w pełni demontowalny, nie rozbieralny?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

## **2. ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SIWZ:

W treści umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ

W § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany.”

W § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych, kara za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie zostanie naliczona”.

DYREKTOR  
mgr inż. Elżbieta Burzyńska

